



Healing/Off-loading Shoe

Instructions For Use

| OrthoWedge™ | HeelWedge™

EN

Indications

- > Postsurgical healing
- > Wounds or ulcerations
- > Any situation that requires a pressure off-load of the forefoot (OrthoWedge™) or rearfoot (HeelWedge™)
- > Forefoot trauma (OrthoWedge™) or rearfoot trauma (HeelWedge™)

Contraindications

- > Open fractures

Cleaning Instructions/Maintenance

- > When the shoe is slightly dirty, clean it with a damp cloth or a soft brush.
- > Allow the shoe to air dry only.

Instructions for use

The DARCO® healing/off-loading shoe promotes faster healing when wounds or ulcerations are present. The shoe fits right and left equally.

1. Open the shoe by means of the closures.
2. Please ensure that the foot is properly positioned in the shoe.
3. Secure the foot in the shoe with the closures.

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of pain or swelling, discontinue use and consult your medical provider immediately. This device is designed to assist recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with a healthcare professional. DARCO® International Inc. does not assume any responsibility for misuse of the product. It is advisable to wear dressings with the shoe. Do not drive a vehicle while you are wearing this device. Use extreme caution when walking on all surfaces when using this device. Walk more slowly than normal. This shoe is vulnerable to breakdown when excessive weight is applied and is not designed to be worn in pairs. This device is for single-patient use only.

To the patient/user: This device has been designed and manufactured by DARCO® International,



Manufactured for:
DARCO® International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Phone 304.522.4883
www.darcointernational.com

EC REP

DARCO® (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 8807 9228 0
www.darco.de

Made in China



HOS-IFU-21_Rev0321

to be state of the art for treatment of a specific medical condition. Should any serious incident occur in relation to this device it should be reported to the manufacturer at the contact information listed on this document and the proper authority of the country or state where you are located. When treatment is complete, dispose of this device according to local laws and ordinances.

ES

Indicaciones

- > Recuperación posquirúrgica
- > Heridas o úlceras
- > Cualquier situación que requiera una descarga de presión del antepié (OrthoWedge™) o del retropié (HeelWedge™)
- > Traumatismo de antepié (OrthoWedge™) o de retropié (HeelWedge™)

Contraindicaciones

- > Fracturas expuestas

Instrucciones de limpieza/Mantenimiento

- > En caso de suciedad ligera, limpie el zapato con un trapo húmedo o cepillo blando.
- > Déjelo secar a temperatura ambiente.

Instrucciones de uso

El zapato de terapéutico/de descarga DARCO® promueve una recuperación más rápida de heridas o úlceras. El zapato se puede usar tanto en el pie izquierdo como en el derecho.

1. Abra los cierres del zapato.
2. Asegúrese de que el pie esté bien posicionado dentro de este.
3. Sujete bien el pie con los cierres.

Precaución

Siga siempre estas instrucciones de uso. En caso de dolor o hinchazón, interrumpa su uso y consulte inmediatamente a su médico. Este dispositivo está diseñado para asistir en la recuperación y debe utilizarse exclusivamente bajo la indicación de un profesional de la salud y en consulta con él. DARCO® International Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto del producto. Se recomienda utilizar el zapato con vendas. Mientras use este dispositivo, no conduzca ningún vehículo. Sea sumamente cuidadoso al caminar por diferentes superficies. Camine más despacio que de costumbre. Este zapato podría romperse si se aplica un peso excesivo y no está diseñado para usarse en pares. Este dispositivo es para el uso exclusivo de un solo paciente.

Para el paciente/usuario: Este zapato ha sido diseñado y fabricado por DARCO® International, Inc. como dispositivo de vanguardia para el tratamiento de afecciones médicas específicas. Si ocurriera algún incidente grave en relación con este dispositivo, debe reportárselo al fabricante a través de la información de contacto que figura en este documento y a la autoridad competente del país o estado en el que se encuentre. Una vez finalizado el tratamiento, deseche este dispositivo de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.

FR

Indications

- > Post cicatrisation chirurgicale
- > Blessures ou ulcérations
- > Toute situation nécessitant une décharge de pression de l'avant-pied (OrthoWedge™) ou de l'arrière du pied (HeelWedge™)
- > Traumatisme de l'avant-pied (OrthoWedge™) ou traumatisme de l'arrière-pied (HeelWedge™)

Contre-indications

- > Fractures ouvertes

Instructions de nettoyage et entretien

- > Si la chaussure est un peu sale, nettoyez-la avec un chiffon humide ou une brosse souple.
- > Laissez la chaussure sécher à l'air libre uniquement.

Mode d'emploi

La chaussure de cicatrisation/déchargement DARCO® favorise une guérison plus rapide en cas de plaies ou d'ulcérations. La chaussure peut être utilisée à droite ou à gauche.

1. Ouvrez la chaussure au moyen des fermetures.
2. Faites attention de bien positionner le pied dans la chaussure.
3. Fixez le pied dans la chaussure à l'aide des fermetures.

Avertissements

Veillez toujours suivre le mode d'emploi. En cas de douleur ou d'enflure, cessez l'utilisation et consultez immédiatement votre fournisseur de soins médicaux. Ce dispositif est conçu pour aider à la récupération et doit être utilisé exclusivement suivant les instructions d'un professionnel de la santé et en consultation avec celui-ci. DARCO® International Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Le port de bandages dans la chaussure est recommandé. Pendant le port de cet accessoire, ne conduisez pas de véhicule. Faites preuve d'une extrême prudence en marchant sur toutes les surfaces lorsque vous utilisez ce dispositif. Marchez plus lentement que d'habitude. Cette chaussure est vulnérable aux pannes lorsqu'un poids excessif est appliqué et n'est pas conçue pour être portée par paires. Cet appareil doit être utilisé par un seul patient.

Pour le patient ou l'utilisateur : Ce dispositif a été conçu et fabriqué par DARCO® International, Inc. dans le but d'être à la fine pointe de la technologie pour le traitement d'un problème médical spécifique. Si un incident grave se produit en rapport avec ce dispositif, vous devez le signaler au fabricant aux coordonnées figurant dans le présent document et à l'autorité compétente du pays ou de l'État où vous vous trouvez. Lorsque le traitement est terminé, mettez cet appareil au rebut conformément aux lois et ordonnances locales.